

## Circuito Interlaboratorial de Vinhos Portugueses CIVP

### Importação de calibrações (apenas para equipamentos Winescan)

1. Transferir as calibrações a importar para o computador de aquisição de dados do FTIR.
2. Abrir o software FTIR
3. Selecionar a janela "Products"
4. Fazer em sequência Products > Import
5. Procurar a calibração a importar
6. Abrir a calibração
7. Definir o nome a dar a essa calibração a importar
8. Fazer "OK"